

附件

政府采购进口产品论证业主代表基本情况登记表

填报单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院

进口产品名称：高端数字化大平板血管造影系统

姓名	出生年月	工作单位	最高学历	所学专业	现从事专业	现岗位从业时间	职称(职业资格)	联系电话	备注
马志	1977.1	洛阳市中医院						15837997715	

制表时间：2024年11月15日

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

填报单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院

进口产品名称：高端数字化大平板血管造影系统

姓名	出生年月	工作单位	最高学历	所学专业	现从事专业	现岗位 从业时间	职称 (职业资格)	联系电话	备注
王宁	1960.06	洛阳市疾病预防控制中心	本科	法律	法律	1981.7	副主任医师	13192090028	
程文浩	1954.3	洛阳市疾病预防控制中心	本科	法律	法律	1983.7	副主任医师	13703883473	
马锦琦	1965.12	河南科技大学	本科	法律	法律	1985.7	高级咨询师	13683857628	
尚淑文	1974.7	洛阳市中心医院	本科	法律	法律	1992.7	副主任医师	13837999160	
张丽娟	1968.07	洛阳市疾病预防控制中心 业务发展中心	本科	法律	法律	1987.4	主任医师	13937957799	

制表时间：2024年11月15日

附件3-5

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品在实用性、精确度等各项性能方面具有一定优势，如精确度高，故障率低，使用寿命长，能更好满足使用需求，故特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购设备用于心血管介入诊疗，要求其 备较高的精确度、较好的稳定性及较为全面的功 能。国内设备尚不能达到上述要求。 因此，同意采购进口产品。为此设备配套使用 的其它设施、设备不需采购进口产品或需要单独 采购。	
专家签字 马锦瑞	
2024年11月15日	

注： 一人一表

附件3-5

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品在实用性、精确度等各项性能方面具有一定优势，如精确度高，故障率低，使用寿命长，能更好满足使用需求，故特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
高端数字化大平板血管造影系统属于医学影像检查中高精密设备，用于临床多种疾病的检查诊断和介入治疗。进口的同类产品技术成熟，性能稳定，图像清晰，辐射剂量控制精确，故障率低，使用寿命长，能更好地满足临床需求，为患者服务，建议采购全新的进口产品。	
专家签字 	
2024年11月15日	

注： 一人一表

附件3-5

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品在实用性、精确度等各项性能方面具有一定优势，如精确度高，故障率低，使用寿命长，能更好满足使用需求，故特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
高端数字化大平板血管造影系统，为诊断各种血管疾病的必备设备。进口产品在精确度、准确性等方面，具有明显优势。与国内同类产品相比，其故障率低，使用寿命长，满足临床需求。 建议采购高端数字化大平板血管造影系统进口产品。	
专家签字 李金松	
2024年11月15日	

注： 一人一表

附件3-5

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品在实用性、精确度等各项性能方面具有一定优势，如精确度高，故障率低，使用寿命长，能更好满足使用需求，故特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口的高端数字化大平板造影系统为目前行业 较为前沿。其平板探测器为核心部分，图像清晰， 采集清晰，图像稳定，软件支持功能强大，可进 造影从不同角度观察且调速连续跟踪，齐全软件 诊断结果分析精准，可满足临床需求。故建议 采购进口产品。	
专家签字	
2024年11月15日	

注： 一人一表

附件3-5

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：进口产品在实用性、精确度等各项性能方面具有一定优势，如精确度高，故障率低，使用寿命长，能更好满足使用需求，故特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	拟采购的产品，没有歧视性，没有排他性，所购买的产品符合《政府采购进口产品管理办法》的有关规定，建议购买进口产品。
专家签字 张明泉	
2024年11月15日	

注： 一人一表

高端数字化大平板血管造影系统技术参数修改建议

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	高端数字化大平板血管造影系统
拟采购产品金额	1200万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
采购项目所属项目金额	1850万元

专家建议：

1、除高端数字化大平板血管造影系统及相关配套管理软件数据管理模块（原参数20.2部分），其余配套的设备设施应单独采购；介入手术室建设部分（原参数19.1）单独采购。

2、原参数19.2-19.6属商务要求，应单独列出。

3、原参数3.2触摸屏尺寸要求需在参数内体现。

4、原参数6.9内“以消除传统脉冲透视产生的软射线”删除。

5、原参数7.2尺寸单位应改为300mm×380mm。

6、原参数8.4“27英寸医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080”改为“≥27英寸医用高分辨率LCD显示器，2台，显示矩阵：≥1920 x 1080”。

7、原参数9.13“后处理功能包括”改为“后处理功能包括并不限于”；原参数9.15“图像显示功能”改为“图像显示功能包括”。

8、原参数10.3“冠脉分析软件”改为“冠脉分析软件包括并不限于下列功能”。

9、原参数13.4“具有红外遥控器至少2个”改为“红外遥控器≥2个”。

10、原参数14.1须增加“提供证明材料（如检测报告、公开发行的使用手册）及软件证书”。

11、原参数14.4文末须增加“包括并不限于”。

12、原参数15.1“功能模块原装进口”改为“随机提供下列功能模块”。

13、原参数15.2“成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示”改为“具备成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示”。

14、原参数20.2“导管介入核心数据管理模块”须列明详细要求；20.2.1须提供软件证书或功能截图。

专家签字：



业主代表签字：



2024年11月15日