

参数论证采购单位签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
卢冠锦	洛阳市中医院	影像	副主任医师	15837715885	

专家论证签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

产品名称：悬吊双板 DR

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
张明君	洛阳市交通发展中心	法律	副高	13937957799	
李宇川	洛阳市疾控中心	预防	副主任医师	13592090026	
马瑞琦	河南科技大学	医学	副主任医师	13683857628	
高敏	洛阳市中心医院	放射	主任医师	13837999160	
程之航	洛阳市疾病预防控制中心	卫生	副主任医师	13703883473	

悬吊DR射线机技术参数修改建议

申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	悬吊DR射线机
拟采购产品金额	210万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目
采购项目所属项目金额	1530万元

经专家对质疑单位的质疑事项论证后修改建议如下：

1. “2.3 小焦点功率≥40KW，大角点功率≥100KW”修改为“2.3 小焦点功率≥40KW，大角点功率≥80KW”；

2. “7.6 床面最大承重≥280KG”修改为“7.6 床面最大承重≥250Kg”；

其他质疑事项满足参数要求的品牌≥3家，不建议修改。

专家签字：

张丽君

李如

程元浩

马瑞琦

王多川

业主代表签字：

郭孙平

2024 年 12 月 04 日

专家论证签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

产品名称：乳腺钼靶机

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
张丽君	洛阳市交通事业发展中心	法律	副高	13837957799	
王立	洛阳市疾控中心	预防	副主任医师	13592090026	
高敏	洛阳市中心医院	放射	主任医师	13837999160	
马瑞琦	河南科技大学	医学	高级工程师	13683857628	
程立彬	洛阳市洛龙区医院	医学	副主任医师	13703883473	

乳腺X射线机技术参数修改建议

申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	乳腺X射线机
拟采购产品金额	100万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目
采购项目所属项目金额	1530万元

经专家对质疑单位的质疑事项论证后修改建议如下：

1. “1.6 SID>66cm” 修改为 “1.6 SID≥66cm” ；

2. “*2.3 KV最大值≥50KV” 修改为 “*2.3 KV最大值≥45KV” ；

3. “2.4 步长≤0.5KV” 修改为 “2.4 步长≤1KV” ；

4. “*2.5 mAS最小值≤0.1mAS” 修改为 “*2.5 mAS最小值≤0.5mAS” ；

5. “*8.1 探测器 非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌” 修改为 “*8.1 探测器 非晶硅碘化铯平板探测器” ；

6. “8.2 量子捕获效率DQE≥70%at0.5lp/mm” 建议删除；

7. “10.4 曝光后间隔时间<11秒” 建议删除。

专家签字：

李

张

王

程

马

业主代表签字：

郭松

2024年12月04日

专家论证签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

产品名称：数字化双能谱 X 射线骨密度仪

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
张朝品	洛阳市交通事业发展中心	法律	副高	13937957799	
王宇川	洛阳市住房公积金中心	法律	副高级职称	13920900026	
高敏	洛阳市中心医院	放射	主任医师	13837999160	
马锦璇	河南科技大学	医学	高级工程师	12083857628	
程元松	洛阳市洛龙区医院	医学	副主任医师	13703883473	

数字化双能谱X射线骨密度仪技术参数修改建议

申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	数字化双能谱X射线骨密度仪
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目
采购项目所属项目金额	1530万元

经专家对质疑单位的质疑事项论证后修改建议如下：

1. “4.7 设备免费保修期：1 年”；

此项为商务要求，建议删除

专家签字：

张丽君 王宇川

程之皓 马祥琦

业主代表签字：

郭永强

2024 年 12 月 04 日

专家论证签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

产品名称：移动式平板 C 型臂 X 射线机

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
王会川	洛阳市骨科医院二	医学	副主任医师	13592090026	
程文松	洛阳市洛龙区医院	医学	副主任医师	13703883473	
马锦斌	河南科技电子	医学	高级工程师	13683857628	
史敏	洛阳市中心医院	放射	主任医师	13837999160	
张朋君	洛阳市交通研发中心	法律	副 3	13937957799	

可移动C型臂（中C）技术参数修改建议

申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	移动式平板C型臂X射线机
拟采购产品金额	120万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目
采购项目所属项目金额	1530万元

经专家对质疑单位的质疑事项论证后修改建议如下：

质疑事项满足参数要求的品牌≥3家，不建议修改。

专家签字：

张丽君 王宇川
程之浩 马锦瑞

业主代表签字：

李松如

2024 年 12 月 04 日

专家论证签到表

论证时间：2024 年 12 月 04 日

产品名称：可移动 C 型臂（中 C）

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
张丽晨	洛阳市交通事业发展中心	法律	副高	13937957799	
刘宇川	洛阳市疾控中心	法律	副高级职称	13192090026	
马瑞琦	河南科技工程	医学	高级职称	13683857628	
高 敏	洛阳市中心医院	放射	主任医师	13837999160	
程文浩	洛阳市骨科医院	医学	副主任医师	13701883473	

移动式平板C型臂X射线机技术参数修改建议

申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
拟采购产品名称	移动式平板C型臂X射线机
拟采购产品金额	70万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购项目
采购项目所属项目金额	1530万元

经专家对质疑单位的质疑事项论证后修改建议如下：

1. 基本配置中“2. C臂主机内配置 UPS 或锂电池不间断电源系统，且在不插网电（ $\sim 220V$ ）电压的条件下连续透视时间不小于 4 小时。”修改为“2. C臂主机内配置 UPS 或锂电池不间断电源系统，且在不插网电（ $\sim 220V$ ）电压的条件下工作时间 ≥ 2 小时。”；

2. “8.6 左右摆角 $\leq \pm 12.5^\circ$ ”修改为“8.6 左右摆角 $\geq \pm 12.5^\circ$ ”

其他质疑事项满足参数要求的品牌 ≥ 3 家，不建议修改。

专家签字：

王宇川 李国栋 张丽芳 程之伟
马静瑜

业主代表签字：

郭松志

2024 年 12 月 04 日